

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายการที่ ๑ ชุดกล้องตรวจจับอุณหภูมิ Thermal scan จำนวน ๒ ชุด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๔๙,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔
เป็นเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) จำนวน ๒ ชุด
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้
 - ๕.๑ บริษัท โฉวเทค จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท เอส.ซี.เอส (ดีจีเทค) โปรดักส์ จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท ดีดี เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาววิตรี ยอดขาว ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ รพ.เวียงสระ ประธานกรรมการฯ
 - ๖.๒ นายวัชรินทร์ ทรงแก้ว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.เวียงสระ กรรมการฯ
 - ๖.๓ นางสาวนริพร ศุภศรี ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ รพ.เวียงสระ กรรมการฯ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ ๘๗๒/๒๕๖๔ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

คุณลักษณะเฉพาะ
ชุดกล้องตรวจจับอุณหภูมิ Thermal scan จำนวน ๒ ชุด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ตำบลบ้านลี้ อำเภอยะรัง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.....

๑. ความต้องการ

- ๑.๑ ชุดกล้องตรวจจับอุณหภูมิ Thermal scan พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพและจอแสดงผล
- เพื่อหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดและสัมผัสระหว่างผู้คัดกรองและผู้ถูกคัดกรอง
 - เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว และแม่นยำในการคัดกรองผู้ป่วยต้องสงสัย
 - เพื่อตรวจอุณหภูมิที่ผิดปกติ ของบุคคลที่เดิน เข้า - ออก บริเวณพื้นที่ในหน่วยงานพร้อมเตือนเมื่อพบบุคคลมีอุณหภูมิผิดปกติ

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

- ๒.๑ เพื่อตรวจวัดและคัดกรองอุณหภูมิร่างกายที่ผิดปกติของบุคคลที่เดินเข้าออกภายในหน่วยงาน
- ๒.๒ มีสัญญาณเตือนเมื่อมีบุคคลที่ถูกตรวจพบว่ามีอุณหภูมิที่ผิดปกติ
- ๒.๓ ลดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อให้น้อยลง
- ๒.๔ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ ไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ รายการ
- ๒.๕ ตรวจสอบอุณหภูมิได้แม้กระทั่งสวมหน้ากากอนามัย

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- ๓.๑ ชุดระบบกล้องเทอร์โมสแกน สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมชุดขาตั้ง
- มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๒ ล้าน พิกเซล
 - มีความผิดพลาดในการตรวจสอบอุณหภูมิไม่มากกว่า ๐.๓ องศาเซลเซียส
 - สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เปรียบเทียบอุณหภูมิ (Blackbody) ได้
 - ระบบวิเคราะห์อุณหภูมิร่างกายแยกกับอุณหภูมิสภาพแวดล้อมจึงไม่มีผลกับอุณหภูมิสภาพแวดล้อมด้านนอก
 - สามารถตรวจสอบวัดอุณหภูมิได้ในระยะไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
 - ความละเอียดที่แสดงผล ไม่น้อยกว่า ๑๐๘๐ พิกเซล
 - สามารถตรวจสอบอุณหภูมิบนใบหน้าได้พร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้า
 - สามารถต่อเข้ากับ HDMI output video and voice broadcast ได้
 - รองรับการทำงานจับอุณหภูมิในที่มืด
 - สามารถบันทึกจดจำการตรวจจับได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ การตรวจจับ
 - สามารถเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลได้
- ๓.๒ โทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ไม่น้อยกว่า ๓๘๔๐x๒๑๖๐ (พิกเซล) ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๕๕ นิ้ว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องรองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว
- ขาตั้ง TV แบบเคลื่อนที่ได้พร้อมชั้นวาง
- ขาตั้ง TV สามารถเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมชั้นวาง
- ขาตั้ง TV สามารถปรับระดับก้มเงยได้อย่างน้อย ๑๕ - ๒๐ องศา

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ รับประกันตัวสินค้าและส่วนประกอบไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อมใบรับประกันหลังการขาย ตลอดระยะเวลาประกัน
- ๔.๒ มีหนังสือรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาววิตรี ยอดขาว)
เภสัชกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวัชรินทร์ ทรงแก้ว)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวนริพร ศุภศรี)
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ชุดกล้องตรวจจับอุณหภูมิ Thermal scan จำนวน ๒ ชุด

๑. วงเงินงบประมาณ ๗๔๙,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๒. วันที่กำหนดราคากลาง พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน เป็นเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ราคากลาง/หน่วย เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๓. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๓.๑ บริษัท โซวาเทค จำกัด
 - ๓.๒ บริษัท เอส.ซี.เอส (ดีจีเทค) โปรดักส์ จำกัด
 - ๓.๓ บริษัท ดีดี เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)