

**คุณลักษณะเฉพาะ**  
**การจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง**  
**โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ**

**คุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง**

**๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งระบบฟอกเลือดและเครื่องไตเทียมพร้อมใช้งานตามแบบในสถานที่ที่โรงพยาบาลกำหนด โดยผู้รับจ้างรับผิดชอบในการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ห้องฟอกไตให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของสมาคมโรคไตเป็นผู้ชำระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆเอง(ค่าน้ำ ค่าไฟ) ตามมิเตอร์ที่ติดตั้งแยกไว้




บรรดาสีงก่อสร้างหรือซ่อมแซมลงไปในส่วนพื้นที่ ในลักษณะติดตั้งติดตั้งตรา เมื่อผู้รับจ้างออกจากพื้นที่ให้ใช้ ห้ามมิให้รื้อถอนหรือทำลายเป็นอันขาด และสีงก่อสร้างหรือการซ่อมแซมดังกล่าวต้องตกเป็น ของผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงสิงหาริมทรัพย์ของผู้รับจ้าง ที่นำเข้ามาใช้ตามบันทึกแนบท้ายสัญญา และรวมถึงสิงหาริมทรัพย์ของผู้รับจ้าง ที่จะได้ทำหนังสือแจ้งให้ ผู้ว่ารับจ้างทราบต่อไป

ผู้รับจ้างต้องจัดหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคไต และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ควบคุมเครื่องไตเทียมและให้บริการผู้ป่วย ระหว่างทำการฟอกเลือดตามมาตรฐานสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย แพทย์มีคุณวุฒิผู้ประกอบการเวชกรรมที่ได้รับวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตรจากแพทย์สภาใบสาขาอายุรศาสตร์โรคไต หรือ แพทย์ที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางไตเทียม อย่างน้อย จำนวน ๑ คน ปฏิบัติงานPart-time ซึ่งต้องสามารถมาให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในความรับผิดชอบของตนได้ทันเวลา และมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างน้อย ๑ ปี

๑.๑ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ที่มีประสบการณ์ในการเรียนการสอนในสถาบันของรัฐหรือมูลนิธิที่เป็นที่ยอมรับมาเป็นผู้วางมาตรฐานและทำงานในหน่วย โดยต้องมีพยาบาลอย่างน้อย ๑ คน ที่ได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และสภาการพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบเต็มเวลา (ไม่น้อยกว่า ๔๐ ชม.ต่อสัปดาห์ หรือร้อยละ ๘๐ ของรอบที่เปิดบริการ)

๑.๒ ต้องมีอัตราส่วนของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และ/หรือ พยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากสถาบันที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสภาพยาบาลรับรองต่อผู้ป่วยไม่น้อยกว่า ๑:๔ และมีพยาบาลหรือผู้ช่วยปฏิบัติงานร่วมด้วยในสัดส่วนเดียวกัน

๑.๒.๑ มีความสามารถในการช่วยฟื้นคืนชีพภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ผู้รักษาและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และพยาบาลไตเทียมของผู้ให้เช่าจะต้องผ่านการอบรม Advanced cardiovascular life support (ACLS) และควรมีการอบรมทบทวนความรู้ทุกปี

ลงชื่อ..........ประธาน ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ

๑.๓ จัดหาบุคลากรหรือพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ อย่างน้อย ๒ คน มีความสามารถ ดังนี้

๑.๓.๑ ล้างตัวกรองเลือด ก่อน-หลังการใช้ฟอกเลือด และคำนวณเปอร์เซ็นต์ค่า TCV ของการใช้ตัวกรองเลือดได้ถูกต้องตามมาตรฐานของชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

๑.๓.๒ ดูแลทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ของผู้ป่วย เช่น ทำความสะอาดเตียง เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน เครื่องฟอกเลือด ซึ่งต้องปฏิบัติทุกรายหลังฟอกเลือดเสร็จในแต่ละรอบ

๑.๓.๓ มีความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อโดยใช้หลักการ Universal Precautions (ตามระเบียบของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ)

๑.๓.๔ มีความรู้เรื่องตรวจสอบวันหมดอายุ เนื่องจากอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว (Disposable) และจัดเก็บอุปกรณ์โดยใช้หลัก First in -First out

๑.๔ กรณีที่ไม่มีบุคลากรหรือพนักงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลไตเทียม ไม่มา เช่น ลา อุดเงิน ขาดงานโดยไม่บอก ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบหาบุคลากรมาปฏิบัติงานแทนอย่างเร่งด่วนทันทีภายใน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องและไม่เกิดอันตรายถึงกับชีวิต

๑.๕ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกับผู้ป่วยได้ ในกรณีที่อุปกรณ์ของผู้ให้เช่าเกิดขัดข้อง หรือชำรุด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาสถานที่ฟอกเลือดให้กับผู้ป่วยทุกรายที่ให้บริการอยู่

๑.๖ ผู้รับจ้างต้องเปิดทำการฟอกเลือดให้ผู้ป่วย ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๒ วันเป็นอย่างน้อย ตั้งแต่ เวลา ๐๖.๐๐ น - ๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

๑.๗ มีการลงทะเบียน การตรวจสอบสิทธิ์การรักษา การบันทึกข้อมูลของผู้ป่วย ระหว่างที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทุกราย ทุกครั้ง ทั้งในระบบ Hos XP ของโรงพยาบาล ลงทะเบียนTRT

๑.๘ การจ่ายเงินค่าฟอกเลือด ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้ผู้รับจ้างเดือนละ ๑ ครั้ง โดยนับจากจำนวน Case ที่ผู้ว่าจ้างส่งเบิกผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและได้รับตอบกลับมาแล้ว

๑.๙ สำหรับยาที่ผู้ป่วยได้ขายหรือรับใช้ เช่น ยา EPOยา Ferritinyารับประทาน จะบริหารจัดการ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างต้องดำเนินการคีย์เบิกผ่านโปรแกรมสภส (ส่งยาโดยผ่านแพทย์เท่านั้น)

๑.๑๐ ต้องมีระบบการควบคุมการติดเชื้อ ดังนี้

๑.๑๐.๑ มีระบบการเก็บและกำจัดขยะติดเชื้อ,ขยะทั่วไปโดยพนักงานทำความสะอาดของห้อง ผู้รับจ้าง ให้ถูกต้องตามแนวทางของคณะกรรมการป้องกันการติดเชื้อของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระรวมถึงการดูแลทำความสะอาดนอกหน่วยปฏิบัติงานค่าอบเครื่องมือและค่าการกำจัดขยะติดเชื้อผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ..........ประธาน ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ

๑.๑๐.๒ ผู้รับจ้างจัดหาอ่างล้างตัวกรอง ที่ได้มาตรฐานและต้องแยกอ่างล้างสำหรับตัวกรองที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี, C

๑.๑๐.๓ ห้องให้บริการฟอกเลือด ต้องเป็นเขตกึ่งปลอดเชื้อและมีการจัดโซนพื้นที่ตามมาตรฐาน

๑.๑๐.๔ การใช้และปฏิบัติงานในเขตห้องบริการฟอกเลือดถูกต้องตามหลักการมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ

๑.๑๑ ผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยก่อนให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทุกราย

๑.๑๒ ผู้รับจ้างจะต้องยื่นเรื่องให้กับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยมาตรวจรับรองก่อนเปิดให้บริการฟอกเลือดแก่ผู้ป่วย




๑.๑๓ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่ผ่านการรับรองจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงตามเงื่อนไขของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยภายใน ๑ เดือน ถ้าปรับปรุงตามเงื่อนไขของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยไม่ได้ เห็นควรหยุดการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และจัดหาสถานที่ฟอกเลือดให้กับผู้ป่วยทุกรายที่ให้บริการอยู่ เมื่อได้รับการรับรองจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยแล้ว สามารถให้บริการต่อได้

๑.๑๔ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ในการปรับปรุงดูแลจุดบริการให้สะดวก สะอาด สวยงามอยู่เสมอด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง รวมถึงค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ทุกชนิด หรือความเสียหายอื่นใด อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

๑.๑๕ ผู้รับจ้างตกลงว่าจะไม่นำงานที่รับจ้างตามสัญญาไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างในกรกระทำหรือความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้รับจ้างช่วง

๑.๑๖ ผู้รับจ้างต้องจัดหาชุดฟอร์มของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับโดยแยกสีแต่ละตำแหน่งให้ชัดเจน

๑.๑๗ ในระหว่างที่สัญญานี้มีผลบังคับใช้ ผู้ว่าจ้างจะไม่ให้มีการบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยบริษัท ห้าง ร้าน หรือบุคคลภายนอก ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับผู้รับจ้างในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเรียงสระเว้นแต่ทั้งสองฝ่ายจะได้ทำความตกลงร่วมกัน รวมทั้งห้ามมิให้ผู้รับจ้างนำผู้อื่น ซึ่งมีไข้ของผู้ป่วยของผู้ว่าจ้างเข้ามาทำการฟอกเลือดภายในโรงพยาบาลโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ..........ประธาน ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ